



試験検査成績書

第 MB106-263 号
平成 23 年 7 月 4 日

株式会社 金虎

様

平成 23 年 6 月 28 日
ご依頼を受けました検査結果は、
下記のとおりです。

食品衛生法登録検査機関

厚生労働省発東海厚第0222001号

登録衛生検査所

静岡県登録本 大 榛原 7 号

株式会社

静環検査センター

静岡県藤枝市高柳 2310 番地

TEL 054-634-1000(代)

試料名	鯉荒本節
採取年月日：時刻	平成 23 年 6 月 27 日
特記事項	-----

検査項目	単位	結果	検出限界	検査方法
放射性ヨウ素(ヨウ素131)	Bq/kg	検出されない	14	*
放射性セシウム(セシウム134)	Bq/kg	検出されない	15	*
放射性セシウム(セシウム137)	Bq/kg	検出されない	15	*
放射性セシウム(合計値)	Bq/kg	検出されない	---	*

*緊急時における食品の放射能測定マニュアル(平成14年3月 厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課)

第2章2 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる各種分析法

注)・検出限界は、測定器が検出可能な最小濃度です。